



برگه ارزیابی خارجی کیفیت سرویژی



ISO 9001:2008
Cert No. FS 565441

بیتگاه ایرانیان
Institute for External Quality Control and Accreditation



۱۱۰۱۶-۱۵۰۰

تاریخ: ۱۳۹۸/۲/۲۳

پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی
نام آزمایشگاه: رازی

دوره: عمومی ۳-۹۷

۵.۱۳۵

شماره نمونه: ۹۷۳۳۲۱

دانشگاه: _

استان: البرز

آزمایش	نتیجه آزمایشگاه	Sample/Cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBsAg	Positive	2.83	ELFA	Biomerieux	Positive
HCV Ab	Negative	0.068	ECL	Roche	Negative
HIV Ab	Negative	0.1	ELFA	Biomerieux	Negative

جدول توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test						Result
	CL	ECL	ELFA	ELISA	Other	
HIV Ab	0	0	1	8	0	Positive
	73	74	224	1030	6	Negative
HCV Ab	0	2	1	1	0	Positive
	71	75	220	1018	6	Negative
	0	0	0	1	0	Suspicious
HBsAg	1	0	0	6	0	Suspicious
	141	80	222	974	3	Positive
	3	0	6	16	1	Negative



برگه ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



ISO 9001:2008
Cert No. FS 565441

بیتگاه ایرانیان
Institute for External Quality Control of Laboratories



۱۱۰۱۶-۱۵۰۰

تاریخ: ۱۳۹۸/۲/۲۳

پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی
نام آزمایشگاه: رازی

دوره: عمومی ۳-۹۷

۵.۱۳۵

شماره نمونه: ۹۷۳۳۲۰

دانشگاه: _

استان: البرز

آزمایش	نتیجه آزمایشگاه	Sample/Cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBsAg	Positive	1.35	ELFA	Biomerieux	Positive
HCV Ab	Negative	0.069	ECL	Roche	Negative
HIV Ab	Negative	0.09	ELFA	Biomerieux	Negative

جدول توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test						Result
	CL	ECL	ELFA	ELISA	Other	
HIV Ab	0	0	0	2	0	Suspicious
	0	0	0	2	0	Positive
	72	74	226	1037	6	Negative
HCV Ab	1	2	1	8	0	Positive
	69	74	222	1014	6	Negative
	8	0	6	49	2	Negative
HBsAg	137	79	223	938	2	Positive
	0	0	0	10	0	Suspicious
	8	0	6	49	2	Negative